



Tecnología médica a su alcance!!!

Bogotá, 26 de mayo 2021

Señores
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
EVARISTO GARCIA E.S.E.
Cali

Apreciado Señores,

Asunto: presentación de observaciones a la convocatoria pública de mayor cuantía No. 021 - 2021

Reciba nuestro más respetuoso saludo.

Nuestra compañía [mdK Equipos Médicos IPS](#) está dedicada a ofrecer las más eficientes soluciones en tecnología médica para todas y cada una de las divisiones clínicas a precios muy accesibles para las instituciones de nuestro medio.

VERIFICACIÓN TÉCNICA

1. Se solicita a la entidad aclarar Si la cadena de distribución de los productos ofertados se debe de presentar con la propuesta.
2. En caso tal que se deba de entregar la propuesta con la cadena de distribución esta debe de coincidir con el 80% del requerimiento de importador directo enunciado en el numeral 5.2 (verificación técnica)

OBSERVACIÓN VERIFICACION DE EXPERIENCIA

3. EXPERIENCIA GENERAL

Se solicita amablemente a la entidad aclarar la información que se debe relacionar en el Anexo 5 INFORMACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE, ya que esta experiencia



se puede validar con la cámara de comercio, en la cual se evidencia la fecha de constitución de la empresa.

4. EXPERIENCIA ESPECIFICA

En el punto 5.3 literal B- Experiencia específica, expresan que la validación de la experiencia específica se debe presentar con 3 contratos y en el Anexo No 6 INFORMACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, solicitan relacionar 5 contratos, por lo tanto se solicita amablemente a la entidad confirmar el número de contratos solicitados para validar la experiencia específica

PRESUPUESTO OFICIAL

5. En el punto 1.7 PRESUPUESTO OFICIAL: “El presupuesto oficial estimado para esta adquisición por parte del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. es la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$ 2.496.377.055) MCTE SIN IVA” indican que el presupuesto excluye el IVA, pero en el anexo No 9 PRESUPUESTO DEL SERVICIO, están solicitando incluir el valor del IVA, por lo tanto, solicitamos amablemente aclara este punto.

PROPUESTA ECONÓMICA

6. Teniendo en cuenta el requerimiento: “El precio cotizado será fijo. No se aceptarán propuestas alternativas o parciales” relacionado en el punto 5.4 PROPUESTA ECONÓMICA, se solicita aclarar si la participación es parcial y/o la adjudicación también será parcial o por el 100% de los ítems

OBSERVACIONES TECNICAS

Especificación ventilador de transporte:

7. “Frecuencia respiratoria mínima 0 a máximo 120 -150bpm” solicitamos cordialmente a la entidad permitir la participación con un rango de tolerancia de +/- 10 bpm.



Especificación equipo de RX fijo:

8. “Mesa radiográfica con posicionamiento” solicitamos cordialmente a las institución permitir la participación con una mesa radiológica fija, ya que la mesa con posicionamiento es costosa e impide la participación con el equipo de RX.

Especificación monitor fetal:

9. “Rango de medición de la frecuencia cardiaca mínimo de 50 - 240lpm con una resolución mínima de 2lpm” solicitamos amablemente a la institución ampliar el valor de la resolución a 5lpm, para permitir la participación de diferentes marcas y no condicionar a un número limitado de marcas.

Atentamente

Nombre Jorge Enrique Gómez
C.C. 7.433.687
Dirección Cra. 18 No 88-17 Of 304
Mail: mdk@gmail.com

Mdk EQUIPOS MÉDICOS