

Bogotá D.C., mayo 26 de 2021

Señores  
**HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE**  
Ciudad

**REF.: OBSERVACIONES PLIEGO BORRADOR PROCESO No. CP-021-2021**

**Cordial Saludo;**

De acuerdo con el asunto de la referencia y encontrándonos dentro de los términos y plazos establecidos, nos permitimos realizar las siguientes observaciones:

1. Solicitamos respetuosamente se permita presentación de ofertas parciales, esto por cuanto la entidad requiere equipos de diversa tecnología y no todos los oferentes cuenta dentro de su portafolio con la totalidad de equipos a adquirir.
2. Solicitamos a la entidad que se permita la presentación de ofertas por correo electrónico, esto por cuanto la difícil situación por la que atraviesa el país y a la fecha se ha hecho imposible la entrega de correspondencia e insumos en el departamento del Valle, además que es incierto si las marchas y bloqueos continúen o terminen.

#### **OBSERVACIONES TÉCNICAS**

##### **1. MONITOR FETAL**

- **Pantalla TFT a color con visualización de la frecuencia cardiaca fetal y actividad uterina con registro de fecha y hora**

Se solicita amablemente a la entidad, dejar como opcional la pantalla TFT a color ya que existen tecnologías que puedan presentar la información numérica de un tamaño de fácil visualización y el registro de fecha y hora sean plasmadas en papel y/o se visualicen en la central de monitorización.

- **Batería**

Se solicita amablemente a la entidad, incluir equipos que no cuenten con batería ya que estos son equipos de cabecera del paciente y no de transporte, esto evitaría un costo adicional en un insumo a largo plazo (batería).



Barranquilla Calle 77 No. 59 - 35 Centro Empresarial las Américas 3 Oficina 905 - 906 Teléfono: 385 1331 Fax: 385 2941 - e-mail: barranquilla@gbarco.com.co  
Bogotá D.C. Calle 99 No. 14 - 76 piso 2 PBX: 651 0700 Fax: 256 8496 - 256 9254 e-mail: ventas@gbarco.com.co  
Bucaramanga Transv. 154 No. 150 - 221 Ofc E 2-8 Teléfono: 678 8457 Celular: 312 457 6208 e-mail: bucaramanga@gbarco.com.co  
Cali Av. Pasoancho No. 78 - 54 Of. 203 - 204 Teléfonos: 331 8454 - 315 1932 Fax: 339 1442 e-mail: cali@gbarco.com.co  
Manizales Carrera 23 No. 56 - 81 Of. 207 Teléfono 885 6611 Celular: 313 333 - 3538 Fax 885 3655 e-mail: manizales@gbarco.com.co  
Medellín Calle 7 sur No. 42 - 70 Local 211 Edificio FORUM Tels: 605 2005 Fax: 605 2006 e-mail: medellin@gbarco.com.co

Somos Autorretenedores según Resolución Nro. 133 de dic. 3 de 1992  
Agente retenedor IVA Reg. Común N° 03-3108-20 Ac. Ec. ICA 4659/3319


## 2. DESFIBRILADOR

- **Pantalla LCR mínimo de 7" a color**

Solicitamos modificar la Pantalla LCR mínimo de 7" a color a mínimo 5.6 pulgadas. Lo anterior tomando en cuenta que una reducción de 1.4 pulgadas de diagonal no afecta la calidad en el despliegue y facilidad de visualización de los parámetros a monitorizar solicitados por la convocante (despliegue de frecuencia cardíaca y trazo del ECG).

Las anteriores observaciones se realizan con el fin que se permita mayor pluralidad de oferentes.

Atentamente;



**LUIS FELIPE GÓNZALEZ REYES**  
Representante Legal



Barranquilla Calle 77 No. 59 - 35 Centro Empresarial las Américas 3 Oficina 905 - 906 Teléfono: 385 1331 Fax: 385 2941 - e-mail: barranquilla@gbarco.com.co  
Bogotá D.C. Calle 99 No. 14 - 76 piso 2 PBX: 651 0700 Fax: 256 8496 - 256 9254 e-mail: ventas@gbarco.com.co  
Bucaramanga Transv. 154 No. 150 - 221 Ofc E 2-8 Teléfono: 678 8457 Celular: 312 457 6208 e-mail: bucaramanga@gbarco.com.co  
Cali Av. Pasoancho No. 78 - 54 Of. 203 - 204 Teléfonos: 331 8454 - 315 1932 Fax: 339 1442 e-mail: cali@gbarco.com.co  
Manizales Carrera 23 No. 56 - 81 Of. 207 Teléfono 885 6611 Celular: 313 333 - 3538 Fax 885 3655 e-mail: manizales@gbarco.com.co  
Medellín Calle 7 sur No. 42 - 70 Local 211 Edificio FORUM Tels: 605 2005 Fax: 605 2006 e-mail: medellin@gbarco.com.co

Somos Autorretenedores según Resolución Nro. 133 de dic. 3 de 1992  
Agente retenedor IVA Reg. Común N° 03-3108-20 Ac. Ec. ICA 4659/3319