

Bogotá D.C., 26 de Mayo de 2021

Doctor:
IRNE TORRES CASTRO
Gerente General
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
"Evaristo García" E.S.E.
Ciudad

Ref.: Observaciones a la **CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA No. 021** - cuyo objeto es: **ADQUISICION DE DOTACION TECNOLÓGICA DE: DIEZ (10) ELECTROCARDIOGRAFOS, DOCE (12) DESFIBRILADORES, SEIS (6) VENTILADORES DE TRANSPORTE, VEINTICUATRO (24) MONITORES DE SIGNOS VITALES DE TRANSPORTE, DOS (2) EQUIPOS DE RAYOS X FIJO, ONCE (11) DOPPLER FETAL Y OCHO (8) MONITORES FETALES PARA APOYO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID – 19 EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.**

Cordial Saludo:

De acuerdo al cronograma establecido, presentamos algunas observaciones a la convocatoria pública, las cuales buscan ampliar los condicionamientos de los aspectos jurídicos, económicos y técnicos, permitiendo que se pueda permitir una mayor pluralidad de oferentes de esta manera garantizando un mayor número de oferentes que favorezcan la selección objetiva.

5.4 Propuesta Económica: (PRECIO GLOBAL):

El precio cotizado será fijo. No se aceptarán propuestas alternativas o parciales.

Respetuosamente solicitamos al comité estructurador reevaluar la posibilidad de dejar el equipo de radiología por separado de los demás ítems, lo anterior obedece a que las empresas que ofertan imágenes diagnósticas tienen un enfoque para esta tecnología, ofreciendo un mejor precio, servicio directo y permitiendo un mayor respaldo para la institución.



JOMEDICAL
equipos médicos

www.jomedical.com

🔑 : servicioalcliente@jomedical.com

✉ : jomedical@jomedical.com

☎ PBX: 637-5177
Fax: 629-5958

🏠 : Carrera 7 # 124 - 25
BOGOTÁ, Colombia

🏠 : Calle 7 # 39 -107
MEDELLÍN, Colombia

ITEM 3: VENTILADOR DE TRANSPORTE

Tiempo expiratorio

Solicitamos al comité técnico permita que esta especificación sea dada tanto por un valor como por la relación Ti/Tt (Tiempo inspiratorio/Tiempo Total) , ya que las diferentes tecnologías la muestra de manera diferente.

Límite de relación inversa de 4:1

Solicitamos que esta especificación se permita de manera opcional ya que la mayoría marcas de ventiladores de transporte no manejan esta especificación, de esta manera se garantiza la pluralidad de oferentes y marcas.

ITEM 4: MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRANSPORTE

Dos canales de IBP con acople estándar de 6 pines

Solicitamos a la entidad aclaración del tipo de acople que se requiere para esta especificación.

5.5 CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

FACTORES Y CRITERIOS DE ESCOGENCIA Y ADJUDICACIÓN.

FACTORES DE CALIFICACIÓN

II. EQUIPO DE TRABAJO -CUATROCIENTOS PUNTOS- (400)

- **DOSCIENTOS DIEZ PUNTOS (210):** El oferente cuente con 3 Ingenieros Biomédicos y/o Bioingenieros radicados en el Valle del Cauca, que cuente con capacitación directamente de fábrica y que lleve vinculado a la empresa por más de 4 años para lo cual se otorgara 70 puntos por cada Ingeniero (se debe presentar los respectivos soportes con el fin de certificar lo solicitado).

- **OCHENTA PUNTOS (80):** oferente cuente con 1 Ingenieros Electrónico radicado en el Valle del Cauca, que cuente con capacitación directamente de fábrica y que lleve vinculado a la empresa por más de 3 años para lo cual se otorgara 80 Puntos (se debe presentar los respectivos soportes con el fin de certificar lo solicitado)

- **CIENTO DIEZ PUNTOS (110):** El oferente cuente con 2 Tecnólogos y/o técnicos en mantenimiento de equipos biomédicos radicados en el Valle del Cauca, que cuenten con capacitación directamente de fábrica y que lleve vinculado a la empresa por más de 3 años para lo cual se otorgara 55 puntos por cada tecnólogo (se debe presentar los respectivos soportes con el fin de certificar lo solicitado).

Respetuosamente solicitamos al comité estructurador, aceptar los ingenieros biomédicos o carreras afines para el soporte técnico; que se encuentren ubicados en otras ciudades,

TECNOLOGÍA MÉDICA
con sentido humano



JOMEDICAL
equipos médicos

www.jomedical.com

✉ : servicioalcliente@jomedical.com

✉ : jomedical@jomedical.com

☎ PBX: 637-5177
Fax: 629-5958

🏠 : Carrera 7 # 124 - 25
BOGOTÁ, Colombia

🏠 : Calle 7 # 39 -107
MEDELLÍN, Colombia

contando con capacitación directamente de fábrica de las marcas que ofertaremos y que se encuentren vinculados en nuestra compañía por más de 4 años, lo que nos permite dar cubrimiento en Servicio de Mantenimiento a la ciudad de Cali.

Agradecemos la atención que le brinden a las anteriores observaciones, en búsqueda de la pluralidad de oferentes y permitiendo que otras marcas puedan participar del presente proceso.

Agradecemos la atención brindada

Cordialmente,


NELLY CECILIA VEGA CUELLO
Representante Legal

TECNOLOGÍA MÉDICA
con sentido humano