



Espacio para el Adhesivo Radicador de la Ventanilla Única del Hospital Universitario del Valle

Santiago de Cali, 09 de junio de 2021

SEÑOR
Andrés Valencia
Ingeniero de Servicios
Empresa Equitronic

Asunto: Respuesta observación realizada en la Audiencia De Asignación, Tipificación Y Estimación De Riesgos Y Aclaraciones Al Termino De Condiciones Y De La Convocatoria Publica No. CP-HUV-021-2021.

Señores interesados:

Después de la verificación y análisis de la observación generada en la Audiencia De Asignación, Tipificación Y Estimación De Riesgos Y Aclaraciones Al Termino De Condiciones Y De La Convocatoria Publica No. CP-HUV-021-2021, la entidad procede a dar respuesta:

OBSERVACION


Aclaración sobre el ACSS con tubo en el equipo de rayo x a que se refiere.

RESPUESTA HUV

El soporte de tubo semi automático se complementa con el sistema ACSS, el cual hace referencia a un sistema de colimación automática que se ajusta a los protocolos preestablecidos en el equipo al momento de realizar los estudios. Por lo que el soporte del tubo y el tubo se ajustan también al protocolo establecido, sin embargo, puede ajustarse manualmente.

En constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali a los 09 días del mes de junio de dos mil veintiuno (2021).


MARIO GERMAN TORRES SANCLEMENTE
Jefe De Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística.

Proyecto parte Técnica: Natalia Pedreros Arango – Profesional Administrativo Ing. Biomédica 



CÓDIGO: FOR-GDI-GDO-006 FECHA DE EMISIÓN: 13-07-2020

VERSIÓN: 1