



Espacio para el Adhesivo Radicador de la Ventanilla Única del Hospital Universitario del Valle

Santiago de Cali, 13 de septiembre de 2021

SEÑORA  
Tatiana Bohórquez  
Jefe de Ventas Por Proceso  
Ultraschall den Colombia

Asunto: Respuesta observaciones planteadas al proyecto de Términos de Condiciones de la CONVOCATORIA PUBLICA DE MAYOR CUANTIA 023 de 2021

Señores interesados:

Después de la verificación y análisis de las observaciones generadas al proyecto de termino de condiciones publicado el día 02 de septiembre de 2021, se procede a dar respuestas a las observaciones recibidas mediante correo electrónico: presentadas por la Jefe de Ventas por Procesos – Licitaciones Tatiana Bohórquez las cuales están dentro del plazo de formulación de las mismas indicados en el cronograma, de la siguiente:

DE ORDEN TECNICO:

1.REFRIGERADOR HOSPITALARIO: Observar: solicitamos a la entidad, permitan participar con un equipo de 94Lts

Repuesta HUV

Se acepta la solicitud de cambio de capacidad de 94lts, el cual será modificado en el término de condiciones.

2. CONGELADOR VERTICAL DE LABORATORIO: Observar: solicitamos a la entidad, permita ofertar equipos con rango de -10 a -30°C

Repuesta HUV

No se acepta esta solicitud dado que este equipo se requiere para crear seroteca en laboratorio de histocompatibilidad y requiere una temperatura menor a -30°C, idealmente -40°C.

3. MICROSCOPIO INVERTIDO DE FLUORESCENCIA: Observar: “Tubo binocular a 45°” solicitamos permitan participar con “ Tubo binocular a 30°”

“Con lámpara de fluorescencia con filtros para DAPI” se opcional

“Luz LED de 4 a 6w de alta intensidad con vida media mayor a 30.000 horas” solicitamos permitan participar con “Luz LED de 3 a 6w de alta intensidad con vida media mayor a 30.000 horas”





Espacio para el Adhesivo Radicador de la Ventanilla Única del Hospital Universitario del Valle

#### Repuesta HUV

- No se acepta esta solicitud por ergonomía y facilidad en la lectura de inmunofluorescencia, se requiere tubo binocular de 45 grados
- No se acepta esta solicitud ya que este equipo se requiere con estas características para que sea contingencia en el área de citogenética para la técnica FISH.
- Se acepta la solicitud, y este será modificado en el término de condiciones.

#### 4. MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA QUIRÓFANO

Observar: "Posibilidad de medición de gasto cardíaco por mínimo 2 métodos distintos (Picco, termodilusion)" solicitamos consideren esta especificación como opcional

"Equipo debe contar con la posibilidad de conectarse a otras tecnologías (ventiladores, máquinas de anestesia etc)" solicitamos consideren esta especificación como opcional.

#### Repuesta HUV

No es posible aceptar esta solicitud, dado que el equipo estará en una sala de cirugía de alta complejidad y es vital contar con mínimo dos opciones para realizar la monitoria hemodinámica del paciente durante los procedimientos quirúrgicos.

5. DESFIBRILADOR CON MÓDULO DE MARCAPASO CON PALETAS EXTERNAS ADULTO Y PEDIÁTRICO, Observar: "Tiempo de carga máximo de 3 horas de la batería" solicitamos consideren la siguiente sugerencia "Tiempo de carga máximo de 5 horas de la batería"

#### Repuesta HUV


Se acepta la solicitud, por lo que será modificado en el término de condiciones.

6. DESFIBRILADOR CON MÓDULO DE MARCAPASO CON PALETAS EXTERNAS ADULTO Y PEDIÁTRICO Y PALAS INTERNAS, Observar: "Tiempo de carga máximo de 3 horas de la batería" solicitamos consideren la siguiente sugerencia "Tiempo de carga máximo de 5 horas de la batería"

#### REPUESTA HUV

Se acepta la solicitud, por lo que será modificado en el término de condiciones.

7. TENSÍOMETRO O ESFINGOMANÓMETRO DE CON CARRO PARA TRANSPORTE" Para adulto/pediátrico/adulto grande u obeso" Observar "pantalla con diámetro mínimo de 410mm con escala de lectura legible" entendiéndose que es un equipo para transporte, solicitamos consideren la siguiente observación "pantalla con diámetro mínimo de 147mm con escala de lectura legible"





Espacio para el Adhesivo Radicador de la Ventanilla Única del Hospital Universitario del Valle

## REPUESTA HUV

Se acepta la solicitud, por lo que será modificado en el término de condiciones de la siguiente manera: Pantalla con diámetro mínimo de 145mm con escala de lectura legible.

### DE ORDEN JURIDICO

1. se solicita a la entidad que de acuerdo con la documentación técnica a aportar por el oferente respecto al cronograma de mantenimiento y de capacitación, declaración de importación, manuales de uso y guías de limpieza, estas sean aportadas como carta de compromiso en dado caso el oferente resulte adjudicatario, ya que son obligaciones del contratista.

#### Repuesta HUV

Se acepta carta de compromiso que indique que una vez adjudicada la contratación se hará entrega de la documentación allí mencionada.

2. de acuerdo con el numeral OPORTUNIDAD SOPORTE TECNICO (CIENTO VEINTICINCO PUNTOS -125) se solicita a la entidad verificar en los manuales de Colombia Compra la forma de acreditar el oferente puntaje adicional, ya que esta otorgando 125 puntos a las empresas que se encuentran en la Ciudad de Cali, lo que deja en desventaja a empresas que se encuentran fuera de esta Ciudad y va en contravía de los principios de contratación frente a reglas claras, justas, objetivas y en igualdad de condiciones para todos los oferentes.

#### REPUESTA HUV

En este punto se evalúa la oportunidad en el soporte técnico asignando un puntaje mayor para las empresas que cuenten con domicilios en la ciudad de Cali, y por ende tengan personal radicado en el domicilio mencionado, de no contar con este, se le asignan puntajes diferentes sin sesgar la posibilidad de participación a empresas con domicilio fuera de la ciudad.

3. de acuerdo con el numeral TIEMPO DE ENTREGA (CIENTO VEINTICINCO PUNTOS -125) se está otorgando 125 puntos quien entrega los equipos en un tiempo menor a 30 días, dado que los equipos en su mayoría se deben fabricar e importar y en este tramite las casas fabricantes se están demorando mas de 30 días, se solicita modificar este criterio teniendo en cuenta los manuales, circulares y guías de Colombia Compra.

#### REPUESTA HUV

La institución tiene la necesidad de implementar el programa de trasplantes en un corto tiempo, por lo que la entrega a menos de 30 días permite dar cumplimiento a esta, si hay proveedores que cumplan con todo lo solicitado y tengan la capacidad de entregar en este tiempo debe ser reconocido asignándole un puntaje mayor, sin embargo, quienes no puedan no se están sacando del proceso.





Espacio para el Adhesivo Radicador de la Ventanilla Única del Hospital Universitario del Valle

4. de acuerdo con el numeral REFERENCIACION DE TECNOLOGIA (CIEN PUNTOS - 100) se solicita amablemente a la entidad aclarar cuantas encuestas de referenciación deben ser presentadas en la oferta.

#### REPUESTA HUV

Se debe presentar al menos una encuesta por equipo ofertado.

En constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali a los trece (13) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

MARIO GERMAN TORRES SANCLEMENTE

Jefe De Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística.

Proyecto parte Técnica: Natalia Pedreros Arango – Profesional Administrativo Ing. Biomédica *N*.

