

Bogotá, Septiembre 7 de 2021

Señores
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA"
Cali.

REF: OBSERVACIONES PROYECTO DE TERMINO DE CONDICIONES
CONVOCATORIA PUBLICA NO. 023 DE 2021

Respetados señores:

SANITAS SAS con el fin de participar en la Convocatoria Pública No. 023 de 2021 cuyo objeto es : ADQUISICION DE DOTACION TECNOLOGICA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, CIRUGÍA Y HOSPITALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS SÓLIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E, realiza las siguientes observaciones relacionadas con proyecto pliego de condiciones así:

Observaciones técnicas:

GRUPO3: PIPETAS Y MICROPIPETAS:

Pipeta repetidora mecánica o electrónica que permita dispensar desde 1ul hasta 20ul o más y más de 24 veces. Autoclavable. No es una micropipeta convencional y usa puntas tipo combitips. Incluye un set de puntas.

Observación 1: Es posible que el rango sea de 0,2 - 10 uL

Macropipeteador electrónico que permite pipetear hasta 1000ml. Incluye: Una (1) batería recargable y un (1) cargador. Idealmente incluye soporte.

Observación 2: solicitamos nos aclaren si se trata de un pipeteador electrónico de 1000 uL y no de 1000 mL. Si es de 1000 mL es posible que la escala sea de 0.1-100 mL

GRUPO 5: MICROSCOPIA

Para las características técnicas del equipo sugerimos respetuosamente anexar:

Observaciones 3:

1. Tubo triocular para a futuro puedan utilizar cámara para microfotografía
2. Oculares de 10X/23mm mínimo, para de esta manera tener más campo de visión.
3. Objetivos plan fluorita que son especiales para fluorescencia por lo menos en 63X y 100X.

4. Fluorescencia LED libre de mercurio, evita el manejo de desechos peligroso como el mercurio, adicional permite mayor vida útil de la lámpara de la fluorescencia.

Para el grupo No. 5 y con el fin de lograr mayor transparencia en el proceso de contratación solicitamos se exija a los proponentes presentar las carta de autorización de distribución de la marca oferta, expedidas por casa matriz ya que este documento proporciona mayor seguridad al hospital en cuanto al respaldo, garantías, soporte técnico y demás requerimientos que puedan estar respaldados en nuestro país por la casa fabricante de los equipos.

11. EQUIPOS DE TRABAJO

Observación 4: Solicitamos respetuosamente que no se restrinja el personal de servicio técnico a solo ingenieros biomédicos, solicitamos sean tenidos en cuenta personal de carreras afines como ingeniería electrónica y que sean certificados por el Invima y certificados en fabrica.

Experiencia Especifica: Se evaluará a partir de la información que se relacione en el formato, con sus respectivos soportes (certificación de la entidad contratante o la presentación del acta final y/o de liquidación del contrato ejecutado), así: El Proponente deberá demostrar experiencia en tres (03) contratos terminados y/o liquidados con hospitales en servicios de salud, cuyo objeto haya sido la compra y venta de equipos biomédicos y cuya sumatoria sea igual o superior al ciento (100%) por ciento del valor del presupuesto oficial del presente proceso.

Teniendo en cuenta que la oferta se puede presentar de forma parcial por grupos solicitamos que la sumatoria para acreditar experiencia especifica sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial de los grupos para los cuales se va a presentar.

1.3 CODIGOS UNSPSC

Se solicita aceptar el código 411218 ARTICULOS DE VIDRIO O PLÁSTICO Y SUMINITROS GENERALES DE LABORATORIO para el grupo 3 PIPETAS Y MICROPIPETAS.

Considerando que algunos de los oferentes tenemos nuestra sede ubicada en la ciudad de Bogotá, n cuanto a la presentación de la oferta solicitamos se contemple la posibilidad de efectuar la presentación de la oferta utilizando medios electrónico como el E-mail.

Sin otro particular nos suscribimos,

Atentamente,



JAVIER GIOVANNI UBARNES RAMIREZ
Representante legal
SANITAS SAS