

Bogotá, 7 de Septiembre de 2021

Señores  
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E.  
Ciudad

**Ref.: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 023 DE 2021- ADQUISICION DE DOTACION TECNOLOGICA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, CIRUGÍA Y HOSPITALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS SÓLIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E.**

Asunto: Observaciones al proyecto de términos de condiciones

Por medio de la presente nos permitimos enviar las siguientes observaciones:

- Por favor confirmar si la presentación es por grupos, parcial o total
- Solicitamos la posibilidad de publicar los anexos a diligenciar en formato Word
- Por favor aclarar si el 10% del presupuesto oficial correspondiente a la póliza de seriedad, se refiere al presupuesto de cada uno de los grupos a los que se va a presentar o al presupuesto total de la convocatoria.
- Solicitamos a la entidad modificar el numeral de experiencia específica para que quede así, esto con el fin de que haya pluralidad de oferentes:

“El Proponente deberá demostrar experiencia en contratos terminados y/o liquidados con hospitales en servicios de salud, cuyo objeto haya sido la compra y venta de equipos biomédicos y cuya sumatoria sea igual o superior al ciento (100%) por ciento del valor del presupuesto al grupo que se presenta del presente proceso.”

- De acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el archivo “DEPREV\_PROCESO\_21-1-218664\_276000062\_93275423.pdf” (el archivo en Excel “DA\_PROCESO\_21-1-218664\_276000062\_93275478” presenta algunas diferencias:

## **MONITOR DE SIGNOS VITALES**

### **ESPECIFICACIÓN: Parámetro Presión Invasiva**

**OBSERVACION:** Se solicita respetuosamente al comité evaluador confirmar si el equipo solicitado requiere o no la medición del parámetro Presión Invasiva, en la descripción no es totalmente clara la necesidad de este.

## DESFIBRILADOR CON MODULO DE MARCAPASOS CON PALETAS EXTERNAS ADULTO Y PEDIATRICO

**ESPECIFICACION:** Pantalla LCD o TFT entre 7" y 9"

**OBSERVACION:** Solicitar pantallas de tamaño tan grandes en un desfibrilador no son habituales, la función principal de las pantallas en estos equipos es la visualización en la monitorización básica como electrocardiografía, programaciones para funciones de carga en desfibrilación y cardioversión, funciones de ayuda para la función AED, programación de frecuencia y corriente de marcapasos externo y funciones de chequeo gráficos/auditivos del correcto funcionamiento del equipo. Por lo anterior nos permitimos sugerir se acepten tecnologías con pantallas de mínimo 6.5 pulgadas, de esta manera permitirá pluralidad de oferentes. Agradecemos sea evaluada y aceptada la observación.

## DESFIBRILADOR CON MODULO DE MARCAPASOS CON PALETAS EXTERNAS ADULTO Y PEDIATRICO Y PALAS INTERNAS

**ESPECIFICACION:** Pantalla LCD o TFT entre 7" y 9"

**OBSERVACION:** Solicitar pantallas de tamaño tan grandes en un desfibrilador no son habituales, la función principal de las pantallas en estos equipos es la visualización en la monitorización básica como electrocardiografía, programaciones para funciones de carga en desfibrilación y cardioversión, funciones de ayuda para la función AED, programación de frecuencia y corriente de marcapasos externo y funciones de chequeo gráficos/auditivos del correcto funcionamiento del equipo. Por lo anterior nos permitimos sugerir se acepten tecnologías con pantallas de mínimo 6.5 pulgadas, de esta manera permitirá pluralidad de oferentes. Agradecemos sea evaluada y aceptada la observación.

Agradecemos su atención.



Raúl Durán  
Director Comercial