



Espacio para el Adhesivo Radicador de la Ventanilla Única del Hospital Universitario del Valle

Santiago de Cali, 13 de septiembre de 2021

SEÑORA
Luz Amparo Ramírez Agudelo
Representante Legal
Macrosearch

Asunto: Respuesta observaciones planteadas al proyecto de Términos de Condiciones de la CONVOCATORIA PUBLICA DE MAYOR CUANTIA 023 de 2021

Señores interesados:

Después de la verificación y análisis de las observaciones generadas al proyecto de termino de condiciones publicado el día 02 de septiembre de 2021, se procede a dar respuestas a las observaciones recibidas mediante correo electrónico: presentadas por el Representante Legal la señora Luz Amparo Ramírez Agudelo las cuales están dentro del plazo de formulación de las mismas indicados en el cronograma, de la siguiente:

OBSERVACION 1

I. NUMERAL 3.2 VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA – EXPERIENCIA ESPECIFICA

PRIMERO.: Solicitamos amablemente aceptar que la sumatoria de las certificaciones, acta final y/o de liquidación sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial **por grupo**.

RESPUESTA HUV

Una vez analizada por la entidad la observación relacionada con la experiencia se **ACCEDE A DICHA PETICION** la cual considera viable para el presente proceso, por lo cual se podrá presentar una adecuada ejecución del contrato, por lo cual se realizará el cambio en los términos de condiciones definitivos

OBSERVACION 2





Espacio para el Adhesivo Radicador de la Ventanilla Única del Hospital Universitario del Valle

II. NUMERAL 4.1 FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACION – OPORTUNIDAD SOPORTE TECNICO (CIENTO VEINTICINCO PUNTOS -125)

PRIMERO.: Solicitamos amablemente tener en cuenta en la asignación de puntaje aquellas empresas que no tienen sede técnica en la ciudad Santiago de Cali, pero que si cuentan con personal en esta ciudad para brindar soporte técnico inmediato.

RESPUESTA HUV

En este punto SE ACLARA QUE se evalúa la oportunidad en el soporte técnico asignando un puntaje mayor para las empresas que cuenten con domicilios en la ciudad de Cali, y por ende tengan personal radicado en el domicilio mencionado, de no contar con este, se le asignan puntajes diferentes sin sesgar la posibilidad de participación a empresas con domicilio fuera de la ciudad.

OBSERVACIÓN 3

III. NUMERAL 5.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – GRUPO 5: MICROSCOPIA

PRIMERO.: En la especificación *revólver que permite leer placas de Elisa de 96 pocillos*

Solicitamos amablemente modificar o aclarar, debido a que la parte que permite leer placas de Elisa de 96 pozos no es el revolver sino la platina que permite usar un soporte universal para todo tipo de recipientes como la placa de 96 pocillos.

RESPUESTA HUV

Se aclara que se solicita platina que permita usar un soporte universal, incluyendo placas de 96 pocillos.

OBSERVACIÓN 4

SEGUNDO.: En la especificación *tubo binocular a 45°*

Solicitamos amablemente aceptar cabezal trinocular ya que tiene la ventaja de poder adaptarle una cámara a futuro optimizando los métodos de observación especializados como fluorescencia y contraste de fases.

RESPUESTA HUV

Se acepta cabezal de tubo triocular a 30° para permitir adaptación de cámara fotográfica en el futuro y mayor ergonomía con este ángulo de inclinación, sin embargo, esta queda como opcional en el pliego de condiciones.





Espacio para el Adhesivo Radicador de la Ventanilla Única del Hospital Universitario del Valle

OBSERVACION 5

TERCERO.: En la especificación *luz LED de 4 a 6w de alta intensidad con vida media mayor a 30.000 horas, de alimentación externa de 110V de entrada*

Solicitamos amablemente modificar esta característica a una más general, por ejemplo "**FUENTE DE LUZ LED**" permitiendo así la pluralidad en el proceso y no direccionarlo a un solo oferente.

RESPUESTA HUV

No es posible cambiar la especificación ya que lo solicitado es un microscopio invertido de fluorescencia con iluminación diascópica tipo LED (debe ser de alta intensidad (3 a 6w) con vida media igual o mayor a 30.000 horas o que en su defecto, el proveedor entregue la cantidad de fuentes de luz LED equivalentes a dichas horas para garantizar el funcionamiento a largo plazo del equipo sin requerir compras adicionales en el mediano plazo

OBSERVACION 6

CUARTO.: Solicitamos amablemente aclarar si la característica *alimentación externa de 110V de entrada*, hace referencia al voltaje de funcionamiento del equipo.

RESPUESTA HUV

La alimentación externa hace referencia al voltaje de funcionamiento del equipo.

OBSERVACION 7

QUINTO.: En la especificación *tres objetivos como mínimo: 10x, 40x y 100x o 63x*

Solicitamos amablemente aceptar objetivo de 60x, debido a que el objetivo de 63x es una característica de una marca en específico dentro del mercado.

RESPUESTA HUV

Debe tener como mínimo tres objetivos: 10x, 40x, 100x o 60x o 63x, y todos los objetivos deben permitir leer placas de 96 pocillos (los de mayor aumento deben tener anillo de corrección para observar en recipientes con diferentes grosores de pared). Por lo que, se dejará la aclaración en el pliego de condiciones.

OBSERVACION 8





Espacio para el Adhesivo Radicador de la Ventanilla Única del Hospital Universitario del Valle

SEXTO.: En la especificación *tiene la unidad electrónica independiente*

Solicitamos amablemente aclarar si esta especificación hace referencia al adaptador AC del equipo.

RESPUESTA HUV

Se elimina esta especificación "tiene la unidad electrónica independiente" y se cambia por "incluye adaptador de corriente (AC) en caso de que el equipo lo requiera".

En constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali a los trece (13) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

Mario G. Torres S.

MARÍO GERMAN TORRES SANCLEMENTE

Jefe De Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística.

Proyecto parte Técnica: Natalia Pedreros Arango – Profesional Administrativo Ing. Biomédica 

