
OBSERVACIONES AL PROCESO CONVOCATORIA PÚBLICA No. 023 DE 2021

Licitaciones <licitaciones@meqtm.com>

16 de septiembre de 2021, 08:52

Para: "convocatoriaspublicashuv@gmail.com" <convocatoriaspublicashuv@gmail.com>, "convocatoriapublicas@huv.gov.co" <convocatoriapublicas@huv.gov.co>

CC: Claudia Arenas <claudia.arenas@meqtm.com>, Maria Fernanda Velandia <gestor.regionalsur@meqtm.com>

[Texto citado oculto]

 **Observaciones Pliego de Condiciones.pdf**
129K



Av. Troncal de Occidente # 1 – 59 Bodega 31
Centro Empresarial El Portal Mosquera - Cundinamarca
Tel: (57 + 1) 7945396 - 3228598060
www.meqtm.com

Mosquera, 16 de septiembre de 2021

Señores
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E.,

Ref.: Observaciones al Pliego de Condiciones del Proceso de CONVOCATORIA PÚBLICA No. 023 DE 2021, cuyo objeto es: ADQUISICION DE DOTACION TECNOLOGICA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, CIRUGÍA Y HOSPITALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS SÓLIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E.

Respetados señores, cordial saludo.

De acuerdo con el asunto en referencia presentamos respetuosamente las siguientes observaciones:

1. OBSERVACIÓN: MONITOR DE SIGNOS VITALES:

Respetuosamente solicitamos a la entidad que la siguiente característica sea opcional "la capacidad de identificar cambios hemodinámicos en el paciente y hacer tomas de presión no invasiva de forma automática" esto con el fin de poder tener pluralidad de oferentes en el proceso.

Respetuosamente solicitamos a la entidad permitir equipos cuyo peso sea menos a 6 Kg, ya que estos monitores no son considerados de transporte y el peso no es una variable que pueda afectar la seguridad del proceso y si permite tener pluralidad de oferentes en el proceso.

2. OBSERVACIÓN: MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA QUIROFANO

Respetuosamente solicitamos a la entidad que en la medición de gasto cardiaco cuando solicitan 2 opciones sea tomada en cuenta la medición de gasto cardiaco por ICG, quedando con la posibilidad de presentar PICO, TERMODILUCION e ICG.

Solicitamos a la entidad que la característica que hace referencia a las teclas de función rápida sea mínima 10 teclas de esta función en la pantalla principal, ya que con esta cantidad se pueden cubrir los parámetros principales de medición.




TECNOLOGIA MEDICA

Av. Troncal de Occidente # 1 - 59 Bodega 31
Centro Empresarial El Portal Mosquera - Cundinamarca
Tel: (57 + 1) 7945396 - 3228598060
www.meqtm.com

3. OBSERVACIÓN: AMPLIACIÓN FECHA DE CIERRE: Teniendo en cuenta la fecha que se tiene estipulada para la entrega de la propuesta, vs. la fecha de respuestas a las observaciones solicitamos respetuosamente sea ampliado la fecha de entrega 7 días después de la respuestas a las observaciones, lo anterior puesto que se contar con el tiempo suficiente para elaborar la propuesta y entregarla en físico en la entidad.

Sin otro particular.

Cordialmente.



LUIS HENRY MEJIA GUTIERREZ
CC 80.798.551 de Bogotá
Representante Legal
MEQ TECNOLOGIA MEDICA S.A.S
NIT: 900810245-8

WP