



QBL-CAR-112-2022

Bogotá D.C., 09 de junio de 2022

Señores

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E.

La Ciudad

REF: Observaciones al **PROYECTO DE TÉRMINOS DE CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTIA No. 18 DE 2022** cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIALES Y REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE, LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA” E.S.E., DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO.**

Respetados Señores:

Dando cumplimiento al cronograma del proceso en referencia realizamos las siguientes observaciones al mismo, para su importante consideración:

Observación No. 1:

5. Requerimientos técnicos específicos analizador de hematología en apoyo tecnológico:

Cantidad: 03

Solicitamos amablemente a la entidad corregir la cantidad de equipos requerida debido a que corresponde a dos (02) analizadores de hematología en apoyo tecnológico, Principal y backup

Observación No. 2:

5. Requerimientos técnicos específicos analizador de hematología en apoyo tecnológico:

Cantidad: 03

Dando continuidad a la observación anterior referente a los analizadores de hematología en apoyo tecnológico el faltante corresponde a una complejidad más baja, por lo tanto; sugerimos las siguientes características:

- Equipo automatizado de tubo abierto.
- Principio de detección Citometría de Flujo, con laser semiconductor o equipos con Citometria de flujo fluorescente y enfoque hidrodinámico o impedancia eléctrica.
- Pantalla táctil.



- Reporte mínimo de 31 parámetros y alarmas para anomalías morfológicas de las células (células inmaduras, alarma de normoblastos, alarma de linfocitos atípicos y alarma de blastos).
- Capacidad de 60 muestras por hora.
- Reactivos libres de cianuro.
- Conexión bidireccional a LIS.

Observación No. 3:

7. Requerimientos técnicos específicos hematología (analizador) en apoyo tecnológico (backup):

Cantidad 01

Solicitamos amablemente a la entidad corregir las características técnicas de este analizador; sugerimos:

- Analizador automatizado de hematología con capacidad de medición de 31 parámetros y diferencial de 5 partes.
- Capacidad de procesamiento de mínimo 120 pruebas por hora.
- Pantalla táctil.
- Reactivos libres de cianuro.
- Automuestreador con capacidad de 150 tubos.
- Conexión bidireccional a LIS.
- Posee tres sistemas de muestreo: Modo manual tubo abierto, modo manual tubo cerrado y el automuestreador, que transporta, mezcla, identifica, y aspira automáticamente las muestras en tubos cerrados

Observación No. 4:

9. Requerimientos técnicos específicos lector de tiras para uroanálisis en apoyo tecnológico:

Cantidad 03

Solicitamos amablemente a la entidad corregir la cantidad de equipos requerida debido a que corresponde a dos (02) analizadores de lector de tiras para uroanálisis en apoyo tecnológico.



Observación No. 5:

10. Requerimientos técnicos específicos para coagulación en apoyo tecnológico:

Cantidad 02

Solicitamos amablemente a la entidad corregir la cantidad de equipos requerida debido a que corresponde a un (01) analizador para coagulación en apoyo tecnológico

Observación No. 7:

10. Requerimientos técnicos específicos para coagulación en apoyo tecnológico:

Cantidad 02

➤ **Pantalla táctil.**

Solicitamos amablemente a la entidad retirar la característica técnica de pantalla táctil debido a que los equipos de esta complejidad funcionan con conexión a monitores externos para mejor visualización de las gráficas y parametrización.

Observación No. 8:

10. Requerimientos técnicos específicos para coagulación en apoyo tecnológico:

Cantidad 02

Dando continuidad a la observación anterior referente a los analizadores para coagulación en apoyo tecnológico el faltante corresponde a una complejidad más baja, por lo tanto; sugerimos las siguientes características:

- Analizador de coagulación automatizado.
- Métodos de medición: coagulométrico, cromogénico, inmunológico.
- Velocidad de mínimo 40 pruebas PT/PTT simultáneas por hora.
- Capacidad a bordo de 10 reactivos, 4 refrigeradas.
- STAT de urgencias.
- Conexión bidireccional a LIS.



Observación No. 9:

14. Requerimientos técnicos específicos para equipos termocicladores en apoyo tecnológico:

Cantidad 03

Solicitamos amablemente a la corregir la cantidad de equipos requerida debido a que corresponde a dos (02) equipos termocicladores en apoyo tecnológico.

Observación No. 10:

ANEXO No. 9 PROPUESTA ECONÓMICA					
CODIGO HUV	NOMBRE INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECCION MES	Vir. Unitario con IVA	Vir. Total con IVA
NUEVO	TIEMPO DE SANGRÍA	PRUEBA	20		

Solicitamos amablemente a la entidad retirar el ítem anteriormente relacionado debido a que esta corresponde a prueba manual y no aplica para esta convocatoria la cual corresponde a apoyo tecnológico.

Observación No. 11:

ANEXO No. 9 PROPUESTA ECONÓMICA					
CODIGO HUV	NOMBRE INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECCION MES	Vir. Unitario con IVA	Vir. Total con IVA
NUEVO	HOMOCISTEÍNA	PRUEBA	20		

Solicitamos amablemente a la entidad retirar el ítem anteriormente relacionado debido a que las plataformas que tiene la entidad instaladas actualmente no procesan esta prueba.

Agradecemos la atención prestada y nos suscribimos atentos a su favorable respuesta.

Cordialmente,



JUAN CARLOS MARTÍNEZ C.
Representante Legal